


3

Pulvérisez votre produit



Inclinez légèrement la **tête en arrière**.

Placez l'**extrémité dans une narine** en l'orientant **vers l'aile du nez** (côté opposé à la cloison nasale).

Bloquez la respiration. Atomisez le produit en plusieurs fois en exerçant des pressions franches et sèches sans **renifler ni aspirer**. Bouchez d'une main la narine opposée si nécessaire.

La diffusion se fait **à travers les muqueuses** et non les sinus. L'effet est donc différent. Attendez avant la pulvérisation suivante.
1 narine = 1 spray

La dose doit être **répartie entre les deux narines** car la muqueuse nasale ne peut pas absorber de gros volumes.

Entre chaque pulvérisation, **tirez sur le piston** pour **faire rentrer un peu plus d'air** avant d'atomiser. Sinon le produit restant dans l'embout coulera dans la gorge.

4

Nettoyez le MAD




Aspirez de l'eau PPI dans la seringue, remettez l'embout et **injectez l'eau dans le MAD** afin de le **rincer**.

Nettoyez la surface du MAD avec une **lingette à la chlorhexidine**. **Laissez sécher** à l'air libre et gardez-le dans un **endroit propre** et sec.

5

Nettoyez le nez



Rincez votre nez avec le **sérum physiologique**.

Le kit atomiseur

Guide d'utilisation intra-nasale



Vidéo tutorielle



C'est un nouvel outil de réduction des risques qui permet l'atomisation des produits dans les muqueuses intranasales. Ce dispositif est une alternative plus sûre pour les usagers qui rencontrent des problèmes occasionnés par la pratique du sniff et de l'injection de substances. Ce kit peut également être utilisé en plug (anal ou vaginal).

Qu'y a-t-il dans le kit atomiseur (MAD) ?



Seringue 2ml



Cup à grande contenance



Filtre à membrane 0,22 micron



Embout MAD



Sérum physiologique



Lingette chlorhexidine pour nettoyer la surface du dispositif



Eau PPI



Lingette antiseptique pour la désinfection des mains



L'embout MAD est à **usage individuel** et peut être **réutilisé plusieurs fois**. Les autres matériels sont à **usage unique**. Ils sont **disponibles en vrac ou en pochettes** de recharge de **10 ou 25 unités**.


Changez l'embout si vous apercevez :

- **Des saletés** qui se déposent sur/dans le dispositif.
- **Des dégradations** (quelles qu'en soient la nature).
- **Si son efficacité diminue** ou est altérée.

Le MAD, comment ça marche ?

Le MAD (Dispositif d'atomisation pour les muqueuses) est un **dispositif utilisé en milieu hospitalier**. Il **atomise le produit en une fine brume** de particules de 30 à 100 microns.

- Il est conçu pour **optimiser l'absorption à travers la muqueuse nasale** afin d'améliorer la biodisponibilité des produits et offrir une **action rapide**.
- Grâce à sa conception conique en matériau souple, le MAD forme un joint qui vient **obstruer la narine empêchant les fuites de liquide**.
- Il est flexible ce qui **rend possible l'atomisation quelle que soit la position** de l'utilisateur et il **optimise la précision du dosage**.




L'utilisation du MAD en 5 étapes !

1


Sur une surface préalablement nettoyée, **désinfectez vos mains**.

Lavez-vous les mains à l'eau et **au savon** ou utilisez une **lingette antiseptique pour la désinfection des mains**.



2

Préparez votre produit



Adaptez les quantités : diminuez d'au moins un tiers car les effets diffèrent en fonction de votre mode de consommation.


Pesez votre produit pour réduire les **risques de surdosage**.
Écrasez le produit jusqu'à obtenir une **poudre très fine**.



Pour dissoudre le produit, mettez la **quantité d'eau PPI nécessaire** dans la cup et ajoutez votre produit.



Mélangez le produit jusqu'à **totale dissolution**.



Le MAD **se bouche** et devient **inutilisable si le produit n'est pas filtré**. De plus, la filtration **retient les bactéries, particules et champignons** de votre préparation.

Montez le filtre à membrane sur la seringue. **Aspirez le produit**.

Remettez 4 à 5 gouttes d'eau et aspirez pour rincer la membrane et récupérer tout votre produit.



Retirez le filtre et montez le MAD sur la seringue.